



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Saúde, Sr. Weyber Douglas Silva Nobre, na qualidade de Ordenador de Despesas e no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso XXII do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002 e, considerando haver o Pregoeiro cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOS X DE 500MA, 125 KV E PROCESSADORA AUTOMÁTICA PARA REVELAÇÃO DE EXAMES DE RAIOS X, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ-CE**, tudo conforme especificação contida no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos anexos do edital, através de Pregão Eletrônico, vem **HOMOLOGAR**, o presente processo administrativo de licitação (no que compete a esta Unidade Gestora), na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.002/2022-SRP PE**, em favor dos vencedores, de acordo com os termos do processo e do parecer da Procuradoria Geral, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo **HOMOLOGADO** em favor do seguinte licitante, conforme Ata do Pregão, o qual é considerada parte integrante e indissociável deste.

LICITANTE VENCEDOR:

1 – **LOTUS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA**, com endereço na **AV. Elisa Rosa Colla Padoan, nº. 45, Fraron, Pato branco, Estado do Paraná, CEP 85.503-380**, inscrita no **CNPJ sob o Nº 02.799.882/001/22**, **EMAIL-vendas@lotusindustria.com.br**, **(041) 3074-2100**, com o valor global de **R\$ 142.000,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL REAIS)**, conforme planilha abaixo:

DESCRIÇÃO DOS ITENS

ITEM	SERVIÇO	UND	QUANT	UNIT.	TOTAL
01	RAIOS-X 500MA 125KV - Permite realização de exames de tórax, abdômen, extremidades, crânio, estando o paciente sentado, deitado ou em pé. Projeções: horizontal, vertical ou oblíqua. O gerador com tecnologia em alta	UND	01	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00

<p>frequência controlado por microprocessadores, aprimora a qualidade da imagem e reduz a dose de exposição do paciente aos raios-x; melhora a estabilidade de todo o sistema e reduz o custo de manutenção graças ao sistema de auto diagnóstico com indicação de erros no painel frontal. Circuitos de proteção contra superaquecimento do tubo de raios-X, falha de filamento, falha de bucky, falha de rede, falha de comunicação e proteção térmica são apresentadas por mensagens alfanuméricas correspondentes na mesa de comando. GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA Gerador SHFR400 Alimentação trifásica 220Vac ou 380Vac com compensação automática de rede +/- 10%. Faixa de kVp de 30 à 125 kVp com ajuste de 1 kVp em 1 kVp. Faixa de mA de 10 à 500mA em 18 passos. Faixa de mAs desde 0,1 à 630mAs em 39 passos; Faixa de tempo de exposição de 0,001 (um milésimo) à 10 (dez) MESA DE COMANDO Painel com teclas soft touch que permitem selecionar individualmente o kVp, mA, mAs, tempo de exposição e AEC (item opcional). APR com 534 (quinhentos e trinta e quatro) técnicas pré-programadas com possibilidade de edição e gravação. COLUNA PORTA TUBO Coluna tipo chão-chão com trilho de 3m para movimentação longitudinal da coluna. Rotação do tubo ± 180°. Freios eletromagnéticos com liberação através do teclado frontal para os movimentos horizontal, vertical e</p>				
---	--	--	--	--



	de extensão do braço porta tubo. Goniômetro gravitacional. TUBO DE RAIOS-X Tensão máxima de 125kVp. Foco fino 1,0 mm e Foco grosso 2,0 mm. Modelo E7239X PAR DE CABO DE ALTA TENSÃO 01 Par de cabo de alta tensão de 150kV ultra flexível de 7 metros.				
02	<p>PROCESSADORA AUTOMÁTICA PARA FILMES DE RAIOS-X:</p> <p>Características Gerais - Estrutura monobloco, fechamentos laterais e superiores, em materiais não corrosivos. - Com tanques internos em materiais resistentes a corrosão. - Indicador Luminoso e sonoro de entrada e/ou saída de filme. - Acionamento automático através de inserção de filmes pelo sensor de entrada. - Reposição automática dos químicos (Revelador e Fixador). - Controles de temperaturas independentes para revelador e secador. - Exaustão interna de gases. - Recurso de controle de energia (Stand-by) após o termino da revelação do filme.</p> <p>Características Especiais - Sistema ECO que desliga as resistências depois de um longo período sem utilização da maquina, ou esquecimento da maquina ligada durante a noite ou finais de semana, resultando em uma grande ECONOMIA. Controle eletrônico da temperatura do revelador com precisão de +/- 0,1 °C. Ocasionando uma maior precisão na revelação de todos os tipos de filmes de raios-x. - Racks com laterais injetadas, com opção de cores diferenciadas para</p>	UND	01	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00






<p>revelador fixador e água - - Leves e resistentes que facilitam a manutenção e a limpeza. - Rolos de tração em materiais de alta resistência e com borrachas especiais. - Os rolos que podem ser substituídos sem desmontar os racks, resultando em uma manutenção rápida e econômica.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>Capacidade de produção: Aprox. 220 filmes por hora (diversos)</p> <p>Tempo de processo seco-a-seco: Aprox. 130 segundos de seco a seco (Ajustável) Tamanho do material: Mínimo: 10x10 cm Máximo: 35x43 cm Ajuste de temperatura: Revelador: 20° - 36° C (Através de ajuste digital) Fixador: através de troca térmica Secador: 0° - 65° C Capacidade dos tanques: Revelador: 10 litros Fixador: 9 litros Água: 9 litros Consumo de água: De 1 a 3 litros por minuto, controlado por válvula. (em stand-by não consome)</p> <p>Tensão de alimentação: 220V +/- 10%; 60Hz. Tanques de reposição: Inclusos nos acessórios. Cavalete: Incluso, e demais acessórios necessários para instalação inclusos. Sistema Anti-cristalização: Automática acionada através da placa microprocessada. Detecção do filme: Através de sensor magnético de entrada nTaxa de regeneração: ajustável</p> <p>Dimensões: comprimento:115cm largura: 61cm altura: 41cm Peso: Bruto:</p>						
--	--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 142.000,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL REAIS)

Ao setor contábil-financeiro para as providências cabíveis.

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preço no prazo legal indicado no edital.

Ciência aos interessados.
Publique-se.

Banabuiú-CE, 14 de Julho de 2022.


WEYBER DOUGLA SILVA, NOBRE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE – AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO Nº 04.002/2022- PE SRP. OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOS X DE 500MA, 125 KV E PROCESSADORA AUTOMÁTICA PARA REVELAÇÃO DE EXAMES DE RAIOS X, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ-CE. EMPRESA VENCEDORA 1- LOTUS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 02.799.882/001/22, com o valor global de R\$ 142.000,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL REAIS). PREGÃO ELETRÔNICO HOMOLOGADO NA FORMA DA LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/02. WEYBER DOUGLAS SILVA NOBRE – SECRETÁRIO DE SAÚDE. BANABUIÚ-CE, 14 DE JULHO DE 2022.





CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que o **AVISO DE HOMOLOGAÇÃO** do processo Pregão Eletrônico nº **04.002/2022 SRP PE**, foi publicado através de afixação na Portaria desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), na data de 14 de Julho de 2022.

Banabuiú/CE, 14 de julho de 2022.


WEYBER DOUGLA SILVA, NOBRE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE